

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 28.12.2018. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje broj 1:

Konkursnom dokumentacijom, u delu tehničke specifikacije, za partiju broj 4 predviđeno je „Koncentrat paket za aparat Fresenius - Koncetrat paket za aparat Fresenius model 5008S (Bibag 5008 900 g i smartbag CA 4,7L), “Kombibag” ili odgovarajući”. Polazeći od napred navedenog, ukazujemo da je određivanjem tehničkih specifikacija na ovakava način postupljeno protivno odredbama članova 71. i 72. Zakona o javnim nabavkama, obzirom da su tehničke specifikacije koje se zahtevaju konkursnom dokumentacijom za partiju broj 4 opisane na način da eliminišu ponuđače, odnosno konkursna dokumentacija sadrži odredbu koja za posledicu ima davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača. Predlog je da Naručilac razdvoji stavke u okviru partije broj 4 na dve posebne partije i to: Suvi bikarbonat 900g (BiBeg) i Kiseli dijalizni rastvor 4,2/4,7l. Na taj način bi se u skladu sa članom 9. Zakona o javnim nabavkama obezbedile veće uštede, kao jedno od osnovnih načela javnih nabavki i ujedno jedan od osnovnih ciljeva sprovođenja postupaka javnih nabavki. Cena jedne dijalize na način kako je sada predviđena tehničkom specifikacijom predstavlja nabavku dobara koja je za više od 20% skuplja za Naručioca u odnosu na nabavku dobara kada bi se partija broj 4 razdvojila na dve posebne partije. Dalje, razdvajanje stavki na dve partije je u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama da bi se obezbedila veća konkurencija, kao jedno od osnovnih načela javnih nabavki, odnosno učešće i onih ponuđača koji ne mogu da ponude sve stavke navedene partije. Obzirom na navedeno, predlaže se izmena konkursne dokumentacije razdvajanjem stavki iz partije broj 4 na dve posebne partije.

Odgovor 1:

Predmet javne nabavke definisan kroz tehničku specifikaciju u okviru konkursne dokumentacije jeste materijal koji zavisi od tipa mašine, traženo dobro mora da bude kompatibilno određenom tipu aparata i usaglašeno sa zahtevima tehničke specifikacije konkursne dokumentacije, a koja je izrađena u skladu sa tehničkim karakteristikama normiranih medicinskih sredstava za određeni tip aparata, odnosno usaglašeno sa uputstvom za upotrebu konkretnog tipa aparata. Naručilac je prilikom određivanja tehničkih specifikacija postupio na način koji je uređen odredbama člana 72. stavovi 3. i 4. Zakona o javnim nabavkama, odnosno navođenjem tačno određenog proizvoda da bi se na što precizniji način opisale koje tehničke karakteristike ponuđeno dobro mora da poseduje, što je praćeno rečima „ili odgovarajuće” čime se omogućava ponuđačima da ponude i drugi proizvod koji je po svojim karakteristikama odgovarajući traženom brendu, iako nije identične proizvodnje, robnog znaka, tipa ili porekla. Naručilac kroz tehničke specifikacije izražava svoje potrebe, koje dobra (koja su predmet javne nabavke) moraju da zadovolje u pogledu tehničkih karakteristika kao i potrebe u pogledu količina. Naručilac definiše predmet javne nabavke prema svojim potrebama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i nije obavezan da ih definiše tako da zahteve može da ispuni svako od pravnih i fizičkih lica koja su zainteresovana da zaključe ugovor. Konkurencija među ponuđačima ne znači da se svakom od zainteresovanih lica mora omogućiti da učestvuje u postupku javne nabavke. Potrebno je da Naručilac odredi zahteve tako da budu u skladu sa njegovim potrebama, odnosno da u postupku javne nabavke nabavlja dobra koja odgovaraju njegovim objektivnim potrebama, samim tim i tehničke karakteristike određuje i opisuje u skladu sa istim. Okolnost da neko od ponuđača u svojoj ponudi nema traženo dobro ne predstavlja argument na osnovu kojeg bi se osnovano moglo zaključiti da je u konkretnom slučaju došlo do povrede člana 10. Zakona o javnim nabavkama.

Pitanje broj 2:

Konkursnom dokumentacijom, u delu tehničke specifikacije, za partiju broj 15 u Excel tabeli je navedeno: Suvi bikarbonat u pakovanju od 650 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X), a u konkursnoj dokumentaciji za partiju broj 15 je navedeno: Suvi bikarbonat u pakovanju od 760 grama. Da li se traži Suvi bikarbonat od 650 grama ili 760 grama?

Odgovor 2:

Načinjena je tehnička greška. Naručilac će objaviti ispravljenu konkursnu dokumentaciju.

Komisija za JNOP 31/18