



Opšta bolnica Pančevo  
Miloša Trebinjca broj 11  
Pančevo  
Datum: 23.02.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

**Pitanje:**

Da li će tenderska komisija prihvatiti i *ekvivalente*: Epiduralni set, igla 18G odgovarajući kateter od poliamida dužine 900-1000mm sa tri do šest lateralna otvora, konektor katetera sa klik mehanizmom-sa mehanizmom za zaključavanje , flat filter, L.O.R SPRIC 8-10ml?

**Odgovor:**

Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz tehničke specifikacije.

**Pitanje 2:**

Da li se za PVC kanilu br.14, misli na O.D., obzirom da se veličine PVC trahealnih kanila kreću u rasponima veličinama 3.5-10.00?

**Odgovor 2:**

Misli se na O.D.

Komisija za JNOP 01/17