



Општа БОЛНИЦА Панчево

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 29.06.2020. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje 1:

Analizom konkursne dokumentacije za JNOP 12/2020 ustanovili smo da su nam potrebna dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije.

Na strani 3/29 Specifikacija usluge stavka 2. definisano je da se zamenjeni rezervni delovi obavezno se ostavljaju Naručiocu usluga, kao i to da je ostavljena mogućnost da se ugrađuju i neoriginalni rezervni delovi.

Molimo Naručioca da predvidi obavezu ugradnje isključivo originalnih rezervnih delova proizvođača, jer svi proizvođači medicinske opreme upozoravaju na rizike ugradnje neoriginalnih rezervnih delova, rizici su po bezbednosti i zdravlje medicinskog osoblja i pacijenata, rizici su po sam siguran i pravilan rad medicinske opreme, takođe ne postoji nikakva sigurnost u podatke (informacije) dobijene na medicinskim uređajima na kojima su ugrađeni neoriginalnih rezervni delovi.

Konkursnom dokumentacijom je traženo da zamenjeni neispravni delovi ostaju naručiocu, stroga preporuka proizvođača je da se rezervni delovi vraćaju (što je u skladu sa svetskim ekološkim normama), napominjemo da se u skladu sa mogućnošću preuzimanja zamenjenih delova određuje i cena novougrađenih rezervnih delova, odnosno ukoliko ne vratimo zamenjene neispravne delove proizvođaču, cena novougrađenih originalnih rezervnih delova se značajno uvećava. Molimo Naručioca da omogući preuzimanje zamenjenih neispravnih delova kako bi se ti delovi vratili proizvođaču, a samim tim ostvarila manja cena novih delova, u svemu u skladu sa načelom efikasnosti i ekonomičnosti postupka.

Mi smo jedini ovlašćeni distributer i serviser predmetnog proizvođača na teritoriji Republike Srbije, te stoga jedini mi možemo pružiti usluge ovlašćenog servisa, tehničke podrške proizvođača, ugradnje novih i originalnih rezervnih delova, samim tim jedino servisiranje medicinske opreme predmetnog proizvođača od strane ovlašćenog servisera, može garantovati bezbedan i siguran rad medicinske opreme koja je predmet servisa, kao i za tačnost informacija dobijenih radom tih medicinskih aparata.

Na osnovu svega izrečenog molimo naručioca da za partije 16 i 17 predvidi obavezu dostavljanja ovlašćenja izdatog od strane proizvođača opreme koja je predmet servisa, da je ponuđač ovlašćen da pruža usluge servisa za opremu koja je predmet njegove ponude

Odgovor 1:

Komisija naručioca detaljno je proučila sve navode iz Vašeg pitanja, kao i predloge koje ste uputili. Izmenom konkursne dokumentacije biće uvažen predlog koji se tiče obaveze ostavljanja zamenjenih rezervnih delova naručiocu. U svemu ostalom naručilac ostajemo pri svojim zahtevima iz KD.

Pitanje 2:

Molimo naručioca da za partije 16 i 17 izbaci obavezu dostavljanja da ponuđač poseduje biomedicinski uređaj, jer uređaji ne dolaze u kontakt sa pacijentom. Provera ispravnosti uređaja za partiju 16. PACS - sistem za arhiviranje podataka pacijenata i provera ispravnosti uređaja za partiju 17. Medicinski Laserski štampač DV 5950 se radi u skladu sa proizvođačkim uputstvima ,koji ne podrazumevaju tražena merenja.

Odgovor 2:

Razmatrajući Vaše zahteve kada su konkretne partije u pitanju komisija je konstatovala da je predmetni zahtev iz KD suvišan. Biće izmenjena konkursna dokumentacija.