

Opšta bolnica Pančevo Miloša  
Trebinja broj 11 Pančevo  
Datum: 16.07.2020. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

### **Pitanje**

Poštovani,

javljam se povodom JAVNE NABAVKE "ЈНОП 12/20 Услуге поправке и одржавања са заменом резервних делова и потрошног материјала медицинске опреме 2"

Imamo sledeća pitanja povodom partije **13 - Endoskopski uređaji KARL STORZ:**

1. Pacijent crevo - interesuje nas za koji konkretno uređaj Vam je potrebno pacijent crevo, pošto u ponudi imamo više vrsta uređaja koje koriste navedeno crevo ( UNIMAT30, HAMOU ENDOMAT, ENDOFLATOR, THERMOFLATOR )?
2. Konektujuće crevo - interesuje nas za koji konkretno uređaj Vam je potrebno konektujuće crevo, pošto u ponudi imamo više vrsta uređaja koje koriste navedeno crevo ( UNIMAT30, HAMOU ENDOMAT, ENDOFLATOR, THERMOFLATOR ) ?
3. Gumeni prsten ( o ring ) 6 kom - interesuje nas za koji konkretno uređaj Vam je potreban O ring ? ( UNIMAT30 ?
4. P-V prenosnik pogona cilindra 1 - nije nam jasno o kojem uređaju i delu se konkretno radi ?
5. P-V prenosnik pogona cilindra 2 - nije nam jasno o kojem uređaju i delu se konkretno radi ?
6. Bakteriloški filter - interesuje nas za koji konkretno uređaj Vam je potreban bakteriloški filter, pošto u ponudi imamo više vrsta uređaja koje koriste bakteriloški filter ? ( UNIMAT30, HAMOU ENDOMAT, ENDOFLATOR, THERMOFLATOR )

### **Odgovor:**

1. Pacijent crevo za uređaje : HAMOU ENDOMAT i ENDOFLATOR.
2. Konektujuće crevo za uređaj HAMOU ENDOMAT.
3. Gumeni prsten ( o ring ) za uređaj HAMOU ENDOMAT.
4. Biće izmenjena konkursna dokumentacija/tehnička specifikacija.
5. Biće izmenjena konkursna dokumentacija/ tehnička specifikacija.
6. Bakteriološki filter za HAMOU ENDOMAT, ENDOFLATOR.

**Komisija za JNOP 12/20**